

Приложение №2
к Поручению № 156-02-18 от «06» июня 2018 г.
по договору № АГ. 00058.15 от 24.04.2015 г.

Согласовано:

Заместитель генерального
директора по оперативному
управлению

 В.В. Мартынов

«__» _____ 2018 г.

Утверждаю:

Первый заместитель генерального
директора



 Д.Н. Панфилов

«__» _____ 2018 г.

Техническое задание

Предмет закупки: «Закупка переносной системы измерения запыленности GRAVIMAT SHC 502 для оснащения стенда ОЗА «Стенд по изучению улавливания золотых частиц, ртути, аэрозолей (рукавный фильтр, блок предочистки)».

Разработано:

Заведующий отделом ОЗА

 Киселева О.А.

«__» _____ 2018 г.

Москва
2018

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на Закупку переносной системы измерения запыленности GRAVIMAT SHC 502 для оснащения стенда ОЗА "Стенд по изучению улавливания золых частиц, ртути, аэрозолей (рукавный фильтр, блок предочистки)"

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

1.1. Наименование и объем закупаемых товаров

Переносная система для измерения запыленности GRAVIMAT SHC 502 в соответствии со Спецификацией №1 (Приложение № 1 к ТЗ).

1.2. Сроки поставки товаров

Начало поставки - с момента заключения договора.

Окончание поставки - не более 16 недель после подписания Договора и Спецификации.

1.3. Возможность поставки аналогичных товаров

Применение аналогичного товара (продукции любого производителя) - предусмотрен, аналогичная продукция должна соответствовать техническим, функциональным характеристиками (прямое измерение запыленности в диапазоне 0,0001-50,0000г. при температурах газа до 600° с соблюдением изокINETичности в потоке газа 2-48м/с) и Спецификации №1 (Приложение № 1 к ТЗ).

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

2.1. Место применения, использования товара

Москва, ул. Автозаводская, д. 14

2.2. Требования к товару

2.2.1. Поставляемое оборудование должно быть новым (оборудованием, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), произведенным в 2018 г., должно быть в оригинальной заводской упаковке, которая бы обеспечивала его сохранность, товарный вид, предохраняла бы от всякого рода повреждений при транспортировке, маркировка оборудования должна содержать наименование изделия и наименование фирмы-изготовителя.

2.2.2. Одновременно с поставкой оборудования поставщик предоставляет заказчику гарантию на поставляемое оборудование, срок и условия которой должны соответствовать условиям гарантийной поддержки, предлагаемой производителем оборудования.

2.3. Требования к применяемым в производстве материалам и оборудованию

Материалы и оборудование должны соответствовать Спецификации №1 (Приложение № 1 к ТЗ).

2.4. Требования о соответствии товаров обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании

Не требуется.

2.5. Требования о добровольной сертификации товаров

Не требуется.

2.6. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар

Условия и сроки гарантийного обслуживания – гарантийный срок 12 месяцев со дня поставки.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

3.1. Требования к объемам поставки

Поставщик должен обеспечить поставку закупаемого товара, указанного в Спецификации №1 (Приложение № 1 к ТЗ).

3.2. Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров

Погрузка товара, его доставка до склада заказчика и разгрузка на складе заказчика должна осуществляться силами поставщика. Затраты на погрузочно-разгрузочные работы и доставку товара участник закупки должен включить в цену своего предложения. Участник закупки должен включить в цену своего предложения расходы, связанные со страхованием, с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Поставка закупаемых товаров должна быть осуществлена до склада покупателя, находящегося по адресу: Москва, ул. Автозаводская, д. 14.

3.3. Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров

Товар должен быть соответствующим образом упакован. Упаковка должна обеспечить сохранность товара при хранении и транспортировке. Упаковка не подлежит возврату Поставщику.

3.4. Требования к приемке товаров

Поставщик должен обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя при проведении приемки поставляемого товара на складе заказчика.

3.5. Требования к передаваемой заказчику документации по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров

Поставщик обязан передать заказчику с товаром необходимую техническую документацию, достаточную безопасной эксплуатации поставляемого товара, включая Государственную поверку оборудования. Документация должна быть представлена на русском языке на бумажном или электронном носителях.

3.6. Требования к порядку расчетов

Оплата в рублях. Аванс 30% в течении 5 дней с момента подписания договора, остальные 70 % в течение 10 дней после отгрузки оборудования.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ (ПОСТАВЩИКАМ)

4.1. Требования к опыту поставки аналогичных товаров

Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта поставки Переносных систем для измерения запылённости в количестве не менее 3 исполненных договоров за последние три года, предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке. Предоставление отзывов покупателей – желательное требование и будет рассматриваться как преимущество.

4.2. Требования к обороту средств, предоставлению банковской гарантии

Не требуется.

4.3. Дополнительные требования к Поставщику

Участник закупки в своем предложении должен указать наименование производителя предлагаемой к поставке продукции. В случае, если Участник закупки не является производителем предлагаемой продукции, то в состав своего предложения он должен включить документы от производителя (или дилерский договор, или сертификат, или письмо от производителя, или иные документы), подтверждающие его (Участника) полномочия представлять производителя и/или поставлять его продукцию.

Спецификация №1

1. Заказчик намерен приобрести «Переносную систему для измерения запылённости GRAVIMAT SHC 502» в составе:

Таблица №1

№	Наименование комплектующих и запасных частей	Ед. изм.	Количество в комплекте
1.1	Блок управления с дисплеем SHC 502, электропитание 220В	Шт.	1
1.2	Пробоотборный зонд GS5, длина 1м,	Шт.	1
1.3	Шланг 5м, для температур до 400 °С	Шт.	1
1.4	Набор пылесборников LC в кейсе (24 шт.) для концентраций пыли от 5 до 200 мг/м ³	Шт.	1
1.5	Набор пылесборников HC на высокие концентрации пыли, для концентраций пыли от 150 мг/м ³ до 50г/м ³	Шт.	1
1.6	Удлинитель зонда, длина 1.5м	Шт.	1
1.7	Держатель зонда, алюминиевый	Шт.	1
1.8	Чехол для переноски зонда, шланга, 2-х удлинителей зонда	Шт.	1
1.9	Комплект колец из алюминиевой фольги (100 шт.)	Шт.	2
1.10	Набор бумажных фильтров для температур до 150 °С, 100 шт.	Шт.	1
1.11	Набор стекловолоконных фильтров для температур до 250 °С (100 шт.)	Шт.	2
1.12	Кварцевая вата	Уп.	4
1.13	Набор запчастей и принадлежностей для мобильного использования	Шт.	1

Таблица №2

№	Наименование МТР, работ и услуг	Ед. изм.	Кол-во
2.1	Транспортные расходы	Шт	1
2.2	Государственная поверка оборудования	Шт	1

2. Требования к позиции 1.5 Приложения 1 к ТЗ Таблица 1:
Поставка с кейсом для пылесборников высокой концентрации
3. Требования к позиции 2.2 Приложения 1 к ТЗ Таблица 2:
Государственная поверка оборудования должна быть действительна не менее 10 месяцев с момента поставки закупаемого товара